



MUAYENE GİRİŞ KONTROL RAPORU / EXAMINATION GLOVE
INCOMING CONTROL

Doküman No :BKY-F41
Revizyon No : 3
Revizyon Tarihi : 7.1.2019
Yayın Tarihi : 13.3.2018
Sayfa No : 1 / 1

Lot No / Lot No:	214101250LPZC	Deney Tarihi / Test Date :	24.07.2020
Ürün Adı / Product Name:	PUDRALI LATEKS MUAYENE / LATEX EXAMINATION GLOVES PRE-POWDERED	Tedarikçi Firma / Suppliers :	BEYBI
Kullanılan Cihaz No / Device Used No :	LB-15	Düzeltilme Değeri / Correction Value:	0
Kullanılan Cihaz No / Device Used No :	LB-28 / LB-4	Düzeltilme Değeri / Correction Value:	0 / 0,002
NOT : ÖLÇÜMLERDE DÜZELTME DEĞERİ DİKKATE ALINIR / NOTE: MEASURES VALUE CORRECTION VALUES		Toplam Miktar / Total Quantity :	16.608.000 ADET

KALİTE KONTROLÜ YAPAN ADI VE SOYADI / NAME AND SURNAME OF QUALITY CONTROL :

HAKAN TÖRÜN

YAPILAN TESTLER / TESTS			ÖLÇÜM SONUÇLARI / RESULTS OF THE MEASUREMENT													ORTALAMA / MEAN	SONUÇ / RESULTS	
Boyut / Size (mm)	Small	J																
		W																
	Medium	J	245	245	245	255	250	250	255	255	245	245	255	255	245	250	✓	
		W	95	95	95	95	95	95	95	95	96	95	95	95	95	95	✓	
	Large	J																
		W																
Parmak Ucu Kalınlığı / Finger Thickness (mm)			0,11	0,11	0,09	0,12	0,1	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	0,11	0,13	0,12	0,11	✓	
Avuç İçi Kalınlığı / Palm Thickness (mm)			0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	✓	
Ağırlık / Weight (g)			4,95	5,19	4,98	4,86	5,11	5,08	4,91	4,89	4,97	4,8	4,89	4,97	5	4,97	✓	
Kopma Kuvveti / Breaking Force (N)	Small	Normal																
		Yaşlandırma / Aging																
	Medium	Normal	6,18	6,23	6,15	6,24	6,1	6,19	6,24	6,31	6,24	6,19	6,25	6,18	6,36	6,22	✓	
		Yaşlandırma / Aging																
	Large	Normal																
		Yaşlandırma / Aging																
Su Sızdırmazlık / Watertightness	Small																	
	Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Large																	

Açıklama / Explanation

UYGUNDUR / SUITABLE